



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «СОНЭЛ».

Основной государственный регистрационный номер: 1027723006960.

Место нахождения (адрес юридического лица): 142713, Россия, Московская область, Ленинский район, деревня Григорчиково, улица Майская, дом 12. Адрес места осуществления деятельности: 142714, Россия, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, деревня Мисайлово, улица Первомайская, дом 158А; номер телефона: 8 (800) 550-27-57; адрес электронной почты: info@sonel.ru

**в лице** Генерального директора Ништы Владимира Викторовича

**заявляет, что** Адаптеры для тестирования устройств защитного отключения (УЗО), модификации: TWR-1, TWR-1J. Продукция изготовлена в соответствии со стандартами: EN 61010-1:2010 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования; EN 61010-2-030:2010 Требования техники безопасности для электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного использования - Часть 2-030: Определенные требования для тестирования и измерения схем; EN 61010-031:2015 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 031. Требования безопасности к портативным измерительным щупам для электрических измерений и испытаний.

**изготовитель:** SONEL S.A.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции): Польша, PL-58-100, Swidnica, ul. Wokulskiego 11.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 90 850 0

Серийный выпуск.

**соответствует требованиям**

Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний: № 001-07/2022 от 11.07.2022 испытательной лаборатории ООО «СОНЭЛ»; руководств по эксплуатации.

Схема декларирования 1д.

**Дополнительная информация**

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ ИЕС 61010-1-2014, «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»; ГОСТ ИЕС 61010-2-030-2013, «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030. Частные требования к испытательным и измерительным цепям»; Срок хранения – 2 года. Срок службы – 15 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.07.2027 включительно.**

(подпись)

М.П.

Ништа Владимир Викторович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.PA05.B.07527/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.07.2022

