



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «СОНЭЛ».

Основной государственный регистрационный номер: 1027723006960.

Место нахождения (адрес юридического лица): 142713, Россия, Московская область, район Ленинский, деревня Григорчиково, улица Майская, дом 12. Адрес места осуществления деятельности: 142714, Россия, Московская область, Ленинский район, сельское поселения Молоковское, деревня Мисайлово, улица Первомайская, дом 158А; номер телефона: 8(495)287-43-53; адрес электронной почты: info@sonel.ru

в лице Генерального директора Ништы Владимира Викторовича

заявляет, что Магазины электрического сопротивления МС-3-У-100-1, МС-3-У-1к-10, МС-3-У-10к-100, МС-3-У-100к-1к, МС-3-У-1М-10к, МС-3-У-10М-100к. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями СНБА.411640.025 ТУ «Магазины электрического сопротивления МС-3-У-100-1, МС-3-У-1к-10, МС-3-У-10к-100, МС-3-У-100к-1к, МС-3-У-1М-10к, МС-3-У-10М-100к».

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «СОНЭЛ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 142713, Россия, Московская область, район Ленинский, деревня Григорчиково, улица Майская, дом 12; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142714, Россия, Московская область, Ленинский район, сельского поселения Молоковское, деревня Мисайлово, улица Первомайская, дом 158А.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 33 990 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 509-05/20, 510-05/20 от 13.05.2020 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ЛНК «НГБ»; технических условий СНБА.411640.025 ТУ, паспортов, руководства по эксплуатации.

Схема декларирования 1д.

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ ИЕС 61010-2-030-2013 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030. Частные требования к испытательным и измерительным цепям». Условия и срок хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 5 лет. Срок службы – 15 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.05.2025 включительно.

(подпись)



Ништа Владимир Викторович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.AM02.B.01007/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.05.2020